

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

##### **LF HK – NANOBIO – Laboratorní spotřební materiál**

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.11.2019**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

##### **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové**

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s čl. 16 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

#### Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Prosím o zodpovězení následujících dotazů k zakázce: LF HK - NANOBIO - Laboratorní spotřební materiál*

*Dotazy k části 1 veřejné zakázky (příloha 3a):*

*1. U položky „Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml“ je specifikace:*

*Pipeta pasteurova (jednorázová pipeta s balonkem bez graduace) provedená z materiálu PE, objem stonku 1 ml, objem balonku 3,5 ml, délka 150-155 mm, objem kapky 40±5 ul, nesterilní, balení max. po 500 ks*

*- Bude zadavatel akceptovat pipetu, která ve všech parametrech vyhovuje, ale je graduována?*

*2. U položek serologická pipeta 2,5,10,25 a 50 ml je požadavek na zátku(filtr) z bavlny, bude zadavatel akceptovat i zátky z polyolefinu?*

#### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*V obou případech se jedná o lepší verzi dotazovaného materiálu, kterou samozřejmě zadavatel bude akceptovat.*

**Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové dne 18.11.2019

---

**Univerzita Karlova,**  
**Lékařská fakulta v Hradci Králové**  
Mgr. Karolína Fischerová