

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – NANOBIO – Laboratorní spotřební materiál

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **13.11.2019**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s čl. 16 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

v souvislosti se zakázkou „ LF HK – NANOBIO - Laboratorní spotřební materiál“ bychom rádi požádali o dodatečné informace a vysvětlení technické specifikace.

Část 1

U první položky „Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml“ je mj. požadována „délka pipet 150 – 155 mm“. Je při splnění všech ostatních požadavků přípustné pro účely VZMR nabídnout Pasteurovy pipety nepatrně delší, a sice 162 mm? Domníváme se, že tento drobný rozdíl v délce nemá žádný praktický vliv na práci uživatele.

Část 2

U položky „kultivační destičky 48 jamkové“ je mj. požadována „růstová plocha jamky 1,00 +/-0,1 cm²“. 48jamkové destičky různých výrobců mají geometrii destičky a jamky podobnou, jednotliví výrobci však udávají ve svých materiálech plochu jednotlivé jamky v rozmezí 0,75 až 1,1 cm². Je při splnění všech ostatních požadavků přípustné pro účely VZMR nabídnout destičku, u které uvádí výrobce v oficiálním prospektu plochu jamky 0,75 cm²?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Část 1 - Pasteurova pipeta PE, 3,5 ml

Jedná se o lepší verzi dotazovaného materiálu, kterou samozřejmě zadavatel bude akceptovat.

Část 2 - kultivační destičky 48 jamkové

Z praktických důvodů při provádění pokusů zadavatel trvá na ploše jednotlivé jamky $1,00 \pm 0,1 \text{ cm}^2$.

Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 19.11.2019

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová