

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Centrifugy

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-043562**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0053**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Předmět plnění 1a: Zadání je podrobné a směřuje ke konkrétnímu přístroji, čímž zbytečně omezuje hospodářskou soutěž. Žádám zadavatele, aby vypustil parametry, které nemají na plánované použití - dělení kapalných suspenzí biologických materiálů - žádný vliv. Jedná se o ovládání pomocí otočných knoflíků, max. váha 25 kg včetně příslušenství, max. rozměry, maximální spotřeba 400W a maximální hlasitost 50dB.

Odpověď

Na parametrech v technické specifikaci zadavatel trvá.

Důvodem jsou omezené prostorové možnosti laboratoře a stávající rozměry pracovních stolů a především návaznost na rozmístění dalších přístrojů v laboratořích a s tím související také požadovaná hladina hlučnosti. Požadavky na maximální hmotnost jsou směrodatné i s ohledem na nosnost stolů a možnosti případné manipulace. Na ovládání pomocí otočných knoflíků zadavatel trvá z důvodu z důvodu rychlejšího nastavení parametrů centrifugace.

Dotaz č. 2

Dále žádám zadavatele o vysvětlení požadované funkce měkkého brždění.

Pozn.: Dotaz se váže k části 1 veřejné zakázky.

Odpověď

Požadavkem měkké brždění byl zamýšlen mezistupeň mezi rychlým bržděním a volným bržděním samospádem (lze definovat i jako volba rychlosti brždění).

Dotaz č. 3

Předmět plnění 1b: Zadání je podrobné a směřuje ke konkrétnímu přístroji, čímž zbytečně omezuje hospodářskou soutěž. Žádám zadavatele, aby vypustil parametry, které nemají na plánované použití - dělení kapalných suspenzí biologických materiálů - žádný vliv. Jedná se o ovládání pomocí otočných knoflíků, max. váha 25 kg včetně příslušenství, max. rozměry a maximální hlasitost 50dB.

Odpověď

Ovládání pomocí otočných knoflíků vypustit lze. Na parametrech v technické specifikaci, tj. maximálních rozměry, hmotnost a hlučnost, zadavatel trvá. Důvodem jsou omezené prostorové možnosti laboratoře a stávající rozměry pracovních stolů a především návaznost na rozmístění dalších přístrojů v laboratořích a s tím související také požadovaná hladina hlučnosti. Požadavky na maximální hmotnost jsou směrodatné i s ohledem na nosnost stolů a možnosti případné manipulace.

Dotaz č. 4

Dále žádám zadavatele o vysvětlení požadované funkce brzdy.

Pozn.: Dotaz se váže k části 1 veřejné zakázky.

Odpověď

Měkké brždění znamená možnost nastavit si rychlost brždění v rozsahu od nula (volný dojezd) + alespoň 7 dalších stupňů. Nutné pro některé naše aplikace. Význam je pro centrifugace biologických materiálů, aby nedošlo k dodatečnému promíchání centrifugovaného materiálu při náhlém zabrzdění.

Dotaz č. 5

Předmět plnění 3a: V zadání jsou tyto údaje:

Redukce/adaptéry pro 15 ml falkony s více pozicemi: min. 5 pozic na adapter, tj. min. 20 celkem na rotor

Redukce/adaptéry pro 15 ml falkony s více pozicemi: min. 13 pozic na 1 adapter, tj. min. 52 celkem na rotor

Kapacita zkumavek: minimálně 72 ks (15ml).

Žádám zadavatele, aby upřesnil požadovanou kapacitu pro výkyvný rotor, resp. výkyvné rotory.

Odpověď

Zadavatel požaduje 4místný výkyvný rotor s adaptéry na 50ml zkumavky o kapacitě min. 5 pozic na 1 závěs. Kapacita zkumavek: minimálně 20 ks.

Zadavatel požaduje 4místný výkyvný rotor s adaptéry na 15 ml zkumavky o kapacitě min. 13 pozic na 1 závěs. Kapacita zkumavek: minimálně 52 ks.

Pojem kapacita zkumavek: min 72 ks je součtem všech pozic ve všech adaptérech.

Dotaz č. 6

Předmět plnění 3b: Žádám zadavatele o vysvětlení nestandardního požadavku na kovové válcové závěsy s „uchem“. Co myslí zadavatel „uchem“?

Odpověď

Uchem je myšleno madlo, které umožní pohodlnou a bezpečnou manipulaci a přenášení kovových závěsů.

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje:

Typ rotoru 1: výkyvný / 8 místný

Max. kapacitu zkumavek u rotoru 1: 4 x 100 ml

Žádám zadavatele o vysvětlení, zda požaduje 4 místný nebo 8 místný výkyvný rotor

Pozn.: Dotaz se váže k části 5 veřejné zakázky.

Odpověď

Zadavatel požaduje 8místný rotor. Kapacita rotoru znamená maximální zatížení rotoru (stejná pro 8místný i 4místný rotor). Maximální kapacita odpovídá 8místnému rotoru. Oba parametry jsou běžně udávány výrobcí.

V souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

Změna č. 1

Zadavatel v souladu s odpovědí na dotaz č. 3 mění zadávací dokumentaci tak, že v příloze „04.3 Příloha č. 4a DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 1 VZ“ ruší v rámci specifikace předmětu plnění pro část 1b veřejné zakázky požadavek na ovládání pomocí otočných knoflíků.

Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky „04.1 Příloha č. 4a DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 1 VZ“ v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 18.12.2019, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.

Změna č. 2

Zadavatel v souladu s odpovědí na dotaz č. 5 mění zadávací dokumentaci tak, že v příloze „04.3 Příloha č. 4c DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 3 VZ“ mění v rámci specifikace předmětu plnění pro část 3a veřejné zakázky technický parametr „Redukce/adaptéry pro 15 ml falkony s více pozicemi“. Předmětný technický parametr nově zní: „Redukce/adaptéry pro 50 ml falkony s více

pozicemi“. Zadavatel rovněž upřesňuje technický parametr „Kapacita zkumavek“, v rámci kterého Zadavatel požaduje minimálně 72ks (52x15 ml a 20x50ml).

Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky „04.3 Příloha č. 4c DZŘ - Specifikace předmětu plnění pro část 3 VZ“ v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 18.12.2019, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. II.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 22.01.2020, do 10:30 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 18.12.2019

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel