

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. III

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – Centrifugy

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2019-043562**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0053**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

rád bych vznesl dodatečné dotazy k technickým specifikacím veřejné zakázky s názvem LF HK – Centrifugy, část 5. Mohl by, prosím, zadavatel vysvětlit, co má přesně na mysli uvedením parametru: „Typ rotoru 1: výkyvný/8místný/úhel 45°“? Zadavatel požaduje výkyvný rotor (90°), nebo rotor, který má mít úhel 45 ° (úhlový rotor)?

Odpověď

Zadavatel požaduje výkyvný rotor s maximálním výkyvem 45°. Úhel 90° je pro účely zadavatele nevhodný.

2)

Dotaz

Dále bych měl dotaz na:

„Typ rotoru 2: úhlový/24místný/úhel 40°“. Bude zadavatel akceptovat úhel 45°?

Odpověď

Zadavatel úhel 45° akceptovat nebude. Změna úhlu rotoru by vedla ke změně polohy a obsahu pelety ve zkumavce, což by mohlo zapříčinit rozdíly mezi novými a dříve zpracovanými vzorky.

3)

Dotaz

Dalším parametrem je hmotnost, kterou zadavatel omezil na 55 kg. Je možné nabídnout centrifugu, která bude vážit 60 kg?

Odpověď

Nikoliv, hmotnost centrifugy je limitována nosností laboratorního stolu, na který bude centrifuga umístěna.

V Brně dne 14.01.2020

**Univerzita Karlova, Lékařská
fakulta v Hradci Králové**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel