



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr TLC-MS
Název zadavatele, jednatel:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona, a to na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz

měli bychom dotazy k výše uvedené veřejné zakázce, týkající se přílohy č. 2a technická specifikace:
1) Pokud bude v nabízené sestavě i generátor dusíku, je možné, aby byla max. spotřeba dusíku vyšší, než je Váš požadavek, cca 22 l/min?

2) Požadujete „Software ovládající celý systém a umožňující zpracování a vyhodnocení naměřených spekter“. Tento požadavek se vztahuje i na ovládání TLC-MS Interface, anebo pouze na Hmotnostní spektrometr?

Odpověď na dotaz:

Ad 1 Ve specifikované sestavě generátor dusíku není požadován. Pokud ale nabízená sestava do finančního limitu bude obsahovat i generátor dusíku, budeme akceptovat i spotřebu dusíku vyšší, tj. do 22 l/min.

Ad 2 Požadujeme, aby software ovládal celý systém, tzn. včetně TLC-MS interface.

Zadávací podmínky včetně lhůty pro podání nabídek, zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 5. 3. 2020

Ing. Markéta Vítková

Univerzita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

