



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„FIND – Vybavení laboratoře“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě plné moci ze dne 1. 2. 2018
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 12. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci pro část č. 2 veřejné zakázky s názvem Laboratorní přístroje požaduje dodání 1 ks Mrazícího boxu 400 l (-25°C). Zadavatel uvádí, že požaduje, aby předmět plnění spotřebovával max. 1,25 kW/24 hodin. Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, pokud jím nabízený předmět plnění disponuje všemi požadovanými parametry, ale jeho spotřeba je cca. 3,41 kWh/24 hodin? Tato spotřeba byla změřena při okolní teplotě +25°C a nastavené teplotě v mrazícím boxu na -20°C.“

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, zadavatel akceptuje i vyšší spotřebu při zachování ostatních požadavků.

Zadavateli dále vyvstala potřeba nákupu dalšího mrazícího boxu a proto přidává do části 2 veřejné zakázky položku „Mrazící box (malý)“, který je přidán do přílohy č. 1a ZD (specifikace předmětu plnění) a do přílohy č. 1b ZD (položkový rozpočet) – vyznačeno zeleně.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26. 3. 2020 do 8.00 hod.

Přílohy: Příloha č. 1a ze dne 13. 3. 2020

Příloha č. 1b ze dne 13. 3. 2020

Mgr. Ondřej Škrabal v.r.