



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce na dodávky zadávané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„FIND – Vybavení laboratoře“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě plné moci ze dne 1. 2. 2018
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel obdržel dne 19. 3. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Zadavatel v technické specifikaci pro část č. 2 veřejné zakázky s názvem Laboratorní přístroje požaduje dodání 1 ks Mrazícího boxu 400 l (-25°C).

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, pokud jím nabízený předmět plnění disponuje všemi požadovanými parametry, ale rozsah teplot bude -14...-25°C místo požadovaných -10...-25°C ?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat Mrazící box 400 l i s rozsahem -14 až -25°C

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ondřej Škrabal v.r.