



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční detektor
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona na základě níže uvedeného dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

„V technické specifikaci fluorescenčního detektoru je vyznačen minimální technický parametr Ramanův pík S/N: > 1200. Budete akceptovat fluorescenční detektor s parametrem Ramanův pík S/N: ≥ 1200 ?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se v souvislosti se shora uvedeným požadavkem rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace tím způsobem, že bude akceptovat fluorescenční detektor s parametrem Ramanův pík S/N: ≥ 1200 .

Z tohoto důvodu zadavatel ruší platnost Přílohy č. 2a) zadávací dokumentace - Technická specifikace a uveřejňuje novou přílohu č. 2a) zadávací dokumentace s názvem:

Příloha č. 2a) – Technická specifikace_úprava 1.4.2020

3)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

4)

Z důvodu provedení změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **4. 5. 2020, v 10.00 hodin.**

V Hradci Králové dne 1. 4. 2020

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Příloha: **Příloha č. 2a) – Technická specifikace_úprava 1.4.2020**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

