

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o zadávacím řízení a zadavateli

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ:

LF HK – Materiál – Pipety, špičky, dávkovače a nástavce

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-008398**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0025**

(dále jen „**zadávací řízení**“)

ZADAVATEL ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

IČO: 28360125

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00

tel.: +420 541 211 528

e-mail: zakazky@akfiala.cz

ID datové schránky: vb7kdaz

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

V části C – a) - Špičky bez filtru zadavatel požaduje špičku s rozsahem 100 – 5 000 µl s délkou 120 mm. Chtěli bychom se zeptat, zda bude zadavatel akceptovat špičky se stejným rozsahem, ale délkou 150 mm, tak aby mohla být zajištěna plná kompatibilita nabízené pipety a špičky, jak je zadavatelem požadováno.

Odpověď

Délka špiček je požadovaná s 10% odchylkou, jak je uvedeno v popisu příslušného sloupce v příloze č. 4a DZŘ („délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty“). Ačkoliv tedy není

trváno na konkrétním rozměru, tak Zadavatel požaduje, aby délka nabídnutých špiček se nelišila více, než jak je uvedeno. Důvodem tohoto požadavku je odlišná ergonomie a výsledná přesnost laboratorní práce při používání špiček s jinou délkou, než je požadované rozmezí. Uvedené požadavky byly stanoveny jako průnik požadavků mnoha dotčených pracovišť a laboratoří.

2)

Dotaz

V části C – a) – Špičky bez filtru zadavatel požaduje špičky s rozsahem 50 – 1 250 µl tak, aby byly kompatibilní s nabízenými pipetami. V zadávací dokumentaci pipet, ale jsou jen pipety s rozsahem do 1 000 µl. Bude tedy zadavatel akceptovat špičky s rozsahem 50 – 1 000 µl, tak aby byly kompatibilní s nabízenými pipetami? V tomto případě, by se rovněž změnila náhodná chyba pipetování, která se pro špičky s rozsahem 50 – 1000 µl udává pro prostřední objem tj. 500 µl.

Odpověď

Zadavatel trvá na svém požadavku na špičky s rozsahem 50 – 1 250 µl a nebude akceptovat místo nich špičky s rozsahem 50 – 1 000 µl, protože pro laboratorní práci potřebuje špičky s tímto požadovaným rozsahem. V důsledku administrativní chyby při přípravě zadávacích podmínek však nebyly do předmětu plnění zahrnuty pipety, které jsou kompatibilní a tvoří vhodný funkční celek se špičkami s rozsahem 50 – 1 250 µl. Zadavatel v tomto smyslu upravuje přílohu č. 4a DZŘ (viz níže).

3)

Dotaz

V celé části C – Špičky zadavatel požaduje uvedení náhodné chyby pipetování ve funkčním celku s pipetou pro daný rozsah objemu. Chtěli bychom se zeptat, zda zadavatel tedy bude akceptovat pouze pipety a špičky od jednoho dodavatele a nebo, zda bude akceptovat špičky od jiného výrobce než je výrobce pipet, ale ke špičkám bude dodáno prohlášení o kompatibilitě špiček z oficiální dokumentace výrobce špiček (dokumentace bude obsahovat pouze informaci, že je pipeta a špička kompatibilní, nikoli přesný údaj o náhodné chybě, protože náhodná chyba je definovaná výrobcem pipety nikoli špičky).

Odpověď

Zadavatel netrvá na tom, aby nabídnuté špičky a pipety byly od jednoho výrobce. Nicméně zadavatel trvá na tom, aby takovýto funkční celek měl zaručenou požadovanou maximální náhodnou chybu pipetování dostupnou v původních materiálech výrobce špiček či pipet. Prostá informace o kompatibilitě není dostačující, neboť fakticky nedokládá a nezaručuje důležité vlastnosti takového funkčního celku jako je přesnost pipetování, která může mít podstatný dopad na výsledky výzkumné práce zadavatele.

4)

Dotaz

Dotaz k bodu 21.3. Zadávací dokumentace: „Nabídky mohou být podávány pouze v českém jazyce.“ Bude zadavatel akceptovat k česky podané nabídce případné originální dokumenty od výrobce v anglickém jazyce? (tj. dodatečné doklady k prokázání pravdivosti uváděných specifikací)?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat předložení dokumentace od výrobce laboratorního materiálu ve smyslu odst. 22.11 písm. a) bod 1. DZŘ rovněž v anglickém jazyce.

5)

Dotaz

Dotaz k bodu XII. / 56. Rámcové dohody: „O předání Předmětu koupě Objednateli je Dodavatel povinen sepsat písemný doklad o předání.“

Prosíme o upřesnění, zda je tímto dokladem myšlen také Dodací list (se splněnými požadavky bod 56.1 až 56.8), který je přiložen k zásilce zboží. Nebo zda Zadavatel požaduje u každé Objednávky přítomnost Dodavatele pro sepsání dokladu o předání? S ohledem na předmět smlouvy (drobné laboratorní vybavení a spotřební materiál), který může být objednáván v mnoha dílčích malých dodávkách, je tato případná povinná přítomnost Dodavatele u VŠECH dodávek dalším nákladem, který by musel být promítnut do ceny.

Je možné omezit tuto osobní přítomnost Dodavatele jen na předání např. větších dodávek - podle pokynů Objednatele, jak je již specifikováno v Rámcové dohodě čl.VI. bod 22.1. („Podle pokynů Objednatele...“)?

Odpověď

Ano, písemným dokladem o předání předmětu koupě ve smyslu odst. 56 návrhu rámcové dohody je myšlen také dodací list přiložený k zásilce, pokud splní požadavky dle odst. 56.1 až 56.8 návrhu rámcové dohody. Odst. 56 návrhu rámcové dohody ani žádné jiné ustanovení nevyžaduje osobní přítomnost dodavatele při předání zboží.

V souladu s § 99 zákona zadavatel mění, resp. doplňuje zadávací dokumentaci takto:

1)

Změna

V souvislosti s odpovědí na dotaz 2) zadavatel:

- upravuje přílohu č. 4a DZŘ tak, že do předmětu plnění přidává manuální pístovou pipetu elektronickou multikanálovou s minimální rozsahem pipetovaného objemu/definovaného fixního objemu 50-1200 µl (bližší podrobnosti viz aktualizovaná příloha č. 4a DZŘ);
- navyšuje předpokládanou hodnotu části 1 zadávacího řízení, celkovou předpokládanou hodnotu zadávacího řízení a rovněž maximální částku, kterou lze na základě rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení vyčerpat (bližší podrobnosti viz aktualizovaná DZŘ a návrh rámcové dohody pro část 1 zadávacího řízení).

2)

Doplnění

V souvislosti s odpovědí na dotaz 4) zadavatel doplnil do odst. 21.3 DZŘ následující ustanovení:

„Doklady uvedené v odst. 22.11 písm. a) bod 1. dokumentace zadávacího řízení mohou být předloženy rovněž anglickém jazyce.“

3)

Změna

Bez předchozí žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel z důvodu administrativního pochybení upravuje přílohu č. 4b DZŘ pro část 2 ZŘ řádky 19 - 22 (požadované parametry elektronicky ovládaného dávkovacího systému univerzálních elektronických dávkovačů) následovně:

Původní znění:

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 0,1 ml při nastavení 1 ul je max. 2,5%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 0,5ml při nastavení 5 ul je max. 0,8%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 5 ml při nastavení 50 ul je max. 0,35%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 50 ml při nastavení 500 ul je max. 0,5%

Nové znění:

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 0,1 ml při nastavení 10 ul je max. 2,5%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 0,5ml při nastavení 50 ul je max. 0,8%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 5 ml při nastavení 500 ul je max. 0,35%

přesnost dávkování : náhodná chyba s nastavcem 50 ml při nastavení 5000 ul je max. 0,5%

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 03.04.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 03.04.2020, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 14.04.2020, do 10:30 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 03.04.2020

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel**