



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – Pultový hlubokomrazicí box na -86°C
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §§ 98 a 99 zákona na základě níže uvedeného dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

- a.) Ve vašich technických požadavcích je parametr : maximální vnější rozměry šxh.l.xv : 210x85x110 cm.

Tato veřejná zakázka díky souboru všech vašich technických požadavků, plně koncipována pouze na jednoho světového výrobce a to firmu New Brunswics , s jedním konkrétním výrobkem a to typem Innova C760, který má ve světě a také v České republice pouze jednoho exkluzivního distributora, a proto není možné tento produkt získat v České republice oficiální cestou, jinak, než přes oficiálního distributora pro Českou republiku

Tím je také dáno, že nikdo jiný, než tento oficiální distributor, není oprávněn zajišťovat předepsané kontroly , servisní podporu, revize včetně dodávek originálních, autorizovaných dílů při opravě, což je také jeden z vašich požadavků pro uzavření servisní smlouvy.

Dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, zejména dle § 36 odst. 1, kdy technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a § 6 odst. 1 a 2 o zásadách rovného zacházení a zákazu diskriminace, požadujeme, aby se v rámci transparentního a rovnocenného přístupu k ostatním potenciálním dodavatelům zjednodušily technické požadavky tak, aby bylo také možné nabídnout i přístroje od jiných výrobců.

Když je veřejná zakázka je zadávána v režimu nebo i mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. musí zadavatel dodržet základní zásady tohoto zákona:

- zásadu transparentnosti – zadavatel musí předem jasně stanovit kritéria výběru a postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky,
- zásadu rovného zacházení – zadavatel stanoví stejné podmínky všem potenciálním dodavatelům, tedy možnost přístupu k veřejné zakázce a možnost úspěchu ve výběrovém řízení je dána všem bez rozdílu,
- zásadu zákazu diskriminace – zadavatel nesmí neoprávněně zvýhodnit nebo znevýhodnit některého ze zájemců oproti ostatním, všichni mají stejnou příležitost zakázku získat,
- zásadu přiměřenosti – zadavatel nastaví parametry zadávacího řízení tak, aby byly přiměřené charakteru či předmětu veřejné zakázky (přiměřené požadavky na kvalifikaci, přiměřené zadávací podmínky, lhůty, smluvní pokuty apod.).

- a.) Díky tomu, že námi nabízený světový výrobce, který je jedním z největších distributorů v Evropě nabízí ve svém portfoliu pultový hlubokomrazicí box s větší kapacitou než je vámi požadovaný objem 760 litrů nebo 560 kusů 2 palcových krabiček, není možné splnit o dva body vámi požadovaných parametrů a to, maximální šířku boxu, kterou překračujeme o 4,2 cm a hloubku , kdy půdorys hloubky celého mrazicího boxu je 83 cm, ale pouze zobáček uzavírání má 87,2 cm a tím překračuje váš požadavek o 2,2 cm. Jelikož tyto hlubokomrazicí boxy, vyžadují okolní prostor z důvodu chlazení minimálně o 15 až 20 cm větší, tak si myslíme, že tyto dva nepatrně zvýšené parametry, by neměly být zásadní, v možnosti naší účasti v této veřejné zakázce.

Na základě této naší argumentace, proto žádáme , aby byly nepatrným způsobem upraveny vaše technické požadavky, jelikož v takovém to znění, jej splňuje pouze jeden konkrétní výrobek na světě, který je navíc na českém trhu zastoupen jedním exkluzivním distributorem.



Odpověď zadavatele:

Zadavatel se v souvislosti se shora uvedeným požadavkem rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace tím způsobem, že zvětšil maximálně přípustné vnější rozměry šířky a hloubky pultového hlubokomrazicího boxu takto:

„Rozměry maximálně: š 215 x hl 90 x v 110 cm, technické zajištění průchodu dveřmi o rozteči 90 cm.“

Z tohoto důvodu zadavatel ruší platnost Přílohy č. 2a) zadávací dokumentace - Technická specifikace a uveřejňuje novou přílohu č. 2a) zadávací dokumentace s názvem:

Příloha č. 2a) – Technická specifikace_úprava 7.4.2020

2)

Z důvodu provedení změny zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Lhůta pro podání nabídek končí: **18. 5. 2020, v 10.00 hodin.**

Do uvedené prodloužené lhůty pro podání nabídek zadavatel zahrnul navíc další čtyři kalendářní dny za zpoždění se zveřejněním tohoto vysvětlení zadávací dokumentace dva pracovní dny, neboť původně měl zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace zveřejnit dne 3. 4. 2020.

3)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 7. 4. 2020

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Příloha: **Příloha č. 2a) – Technická specifikace_úprava 7.4.2020**

