

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – IRVVIN – Vybavení bioptické laboratoře

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-016261**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili této zakázky a máme dotaz k technické specifikaci.

1) v technické specifikaci uvádíte horizontální rozsah 180 mm a nevíme zda se nejedná o chybu a nemá být pouze 18 mm

2) jak důležitá pro koncového uživatele hmotnost, náš přístroj váží 37,5 Kg

3) je možné se účastnit s přístrojem o rozměrech 483mmx553mmx305mm

Odpověď na dotaz č. 1 k části 2 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

1) Ne, nejedná se o chybu. Horizontální rozsah je 180 mm a zadavatel trvá na tomto požadavku.

2) V Příloze č. 3b dokumentace zadávacího řízení: Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky je uvedena hmotnost 20 - 25kg. Zadavatel trvá na svém požadavku. Důvodem je a) nosnost pracovní desky, na které bude přístroj umístěn, b) možnost manipulace s přístrojem při údržbě (čištění).

3) V Příloze č. 3b dokumentace zadávacího řízení: Specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky jsou uvedeny maximální rozměry (š/h/v) 350 x 430 x 310 mm. Zadavatel trvá na svém požadavku. Důvodem je velikost pracovní plochy/místa.

Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek, způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 29.05.2020

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová