



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK - Laminární box, Inkubátor CO2 a Inkubátor CO2/02
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona, a to na základě předchozí žádosti jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz

„V technických požadavcích pro laminární box nesplňuje: 1. Solenoidní ventil 2. Nerezovou zadní stěnu Chtěla bych Vás požádat o vyjádření, zda jsou tyto technické požadavky podmínkou.“

Odpověď na dotaz:

Ano, zadavatel u laminárního boxu trvá i na splnění těchto dvou požadavků s tímto drobným upřesněním:

- zadní nerezová stěna je myšlena pro vnitřní prostor,
- solenoidem je myšlený elektromagnetický ventil, ne ruční.

2)

Z tohoto důvodu zadavatel ruší platnost Přílohy č. 2a) zadávací dokumentace s názvem: **Příloha č. 2a)_Technická specifikace** a uveřejňuje novou přílohu č. 2a) s názvem:

Příloha č. 2a)_Technická specifikace_úprava 26.6.2020

3)

Na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace resp. drobné úpravy technických parametrů nedošlo ke změně zadávacích podmínek. Z tohoto důvodu i lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové dne 26. 6. 2020

Ing. Jiří Včeliš

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

