



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – Recirkulační chladicí jednotka
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedeného dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

Jaký je celkový objem chladícího média v chlazeném zařízení? Můžete popsat fungování chlazené sestavy?

Odpověď zadavatele:

Blok přístroje, který požadujeme chladit (asi 2 kg železa), má v sobě kanálky o objemu cca 0,2 l (jedná se o odhad, přesná specifikace není). Navíc má zadavatel určitý objem hadic a dále zadavatel plánuje v budoucnu zapojit další přístroj do série. Chladicí recirkulační jednotka by měla na vnějším okruhu být schopna dodat cca 1 litr kapaliny chlazené na požadovanou teplotu.

2)

Jedná se o vysvětlení části zadávacích podmínek, které svou povahou nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Hradci Králové dne 11. 8. 2020

Univerzita Karlova,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové