

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř experimentální gastroenterologie
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-025161**
spisová značka zadavatele: **LFHKCF0013**
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezením technických parametrů a názvů požaduje konkrétní výrobky konkrétních výrobců, přestože v mnoha ohledech na trhu existují obdobné produkty splňující požadovaný účel. Pro části 2,4 a 9 se jedná o výrobky společnosti Olympus, u části 5 jde o produkty společnosti Boston Scientific, části 6 a 7 odpovídají produkty Medtronic a části 8 Hitachi.

Akceptuje zadavatel takový předmět plnění, který z výše uvedeného důvodu nebude plnit přesné zadání, ale zároveň bude obdobným řešením plnit požadovaný účel, pro který zadavatel předmět plnění požaduje?

Odpověď

Zadavatel ve všech částech zadávacího řízení akceptuje pouze přesné splnění všech technických parametrů uvedených v příloze č. 4 dokumentace zadávacího řízení – specifikace předmětu plnění, tzn. že zadavatel nebude akceptovat nabídku na plnění, které nebude splňovat minimální požadavky zadavatele uvedené ve specifikaci předmětu plnění.

Zadavatel ve vztahu k jednotlivým částem veřejné zakázky dále uvádí:

Část 2 – Videoendoskopická sestava

Zadavatel požaduje speciální techniku vyšetření tenkého střeva – enteroskopii, pomocí motorizované spirály. Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

Část 4 – Endoskopická radiální a lineární ultrasonografie

Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

Část 5 – Digitální cholangioskop

Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel upravuje technickou specifikaci pro část 5 veřejné zakázky (viz níže).

Část 6 – Zařízení pro komplexní motilitní vyšetření trávicí trubice

Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 6 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

Část 7 – High resolution jícnová manometrie

Vzhledem ke skutečnosti, že systémy budou používány převážně k výzkumným a publikačním účelům, je technická specifikace nastavena prostřednictvím technických parametrů v souladu s nejnovějšími trendy a studiemi v dané oblasti. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

Část 8 – Ultrazvukový přístroj pro velká laboratorní zvířata

Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 8 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

Část 9 – Endocytoskopie

Technické parametry této části veřejné zakázky zadavatel stanovil s ohledem na své technické a provozní potřeby. Zadavatel si před zahájením zadávacího řízení ověřil, že na předmět plnění vymezený ve specifikaci předmětu plnění pro část 9 veřejné zakázky může obdržet více než jednu nabídku.

2)

Dotaz

Zadavatel v části 7 – High resolution manometrie požaduje u jícnové sondy 35 cirkumferenčních senzorů. Akceptuje zadavatel sondu se 32 senzory? Tento rozdíl je z klinického hlediska nepodstatný (méně než 10%).

Odpověď

Vzhledem ke skutečnosti, že systém bude používán převážně k výzkumným a publikačním účelům, je technická specifikace nastavena v souladu s nejnovějšími trendy a studiemi v dané oblasti, a to jak v případě jícnové HR manometrie tak 3D HR anorektální manometrie. Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v příloze č. 4g dokumentace zadávacího řízení – specifikace předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky.

3)

Dotaz

proč v Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace chybí Část 3 - dechový analyzátor. Pro tuto část se tedy kvalifikační dokumentace nedokládá?

Odpověď

Ve vztahu k části 3 veřejné zakázky je požadováno prokázání základní a profesní způsobilosti, technickou kvalifikaci zadavatel nestanovil.

V souladu s § 99 zákona zadavatel mění zadávací dokumentaci takto:

1)

Změna

V souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 zadavatel mění přílohu č. 4e dokumentace zadávacího řízení – specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky. Zadavatel vypouští odkazy na obchodní názvy výrobků a nahrazuje je technickými parametry s minimálními požadavky pro jejich splnění.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku do části 5 veřejné zakázky podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 19.8.2020; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky do části 5 veřejné zakázky musí být doplněná specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky (příloha č. 4e dokumentace zadávacího řízení).

řízení) v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 19.8.2020; v opačném případě nabídka do části 5 veřejné zakázky nespĺňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 19.8.2020, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 23.09.2020, do 10:30 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 19.08.2020

**Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové**

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel