



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – HPLC čerpadlo
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedeného dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

„Dobrý den,

pokud narazím ve Veřejných zakázkách na vaší fakultu ,vždy mi připadá ,že chcete jen jednoho konkrétního dodavatele. V zakázce Z2020-028260 HPLC čerpadlo bych chtěl vysvětlit co je průtok 0,0001ml/min ,když přesností +-1% přibudou další 2desetina místa a správností 0,06% další dvě. Opravdu je to průtok pouze na vyřazení dalších uchazečů, jinak úplně nereálný, neviditelný, hodně teoretický. Účastnili jsme se zakázek přístrojů RVO a kapalinového chromatografu. Vaše fakulta vše směřuje na dražší přístroje, které nepotřebuje ani AV, která si kupuje v 60-80% cen vámi vyhlášenými.

Snad si toho všimne již i někdo další.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel si trvá na shora uvedeném požadavku, a to z důvodu požadované kompatibility s výukovým HPLC systémem Shimadzu HPLC Prominence a ovládacím programem LabSolutions LC.

2)

Na základě shora uvedených skutečností zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

V Hradci Králové dne 24. 8. 2020

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové