



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

„LFP – Dodávka hlubokomrazících boxů 2“

Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě plné moci ze dne 1. 2. 2018
Kontaktní osoba: Ondřej Škrabal
tel.: +420 377 593 486
e-mail: ondrej.skrabal@lfp.cuni.cz

Zadavatel dne 22. 9. 2020 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č. 1 (pro část 2 veřejné zakázky):

„a.) Ve vašem vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 17.9.2020, jste na základě dotazu č. 2 pro úpravu technického požadavku na bezfiltrový, bezúdržbový systém odpověděli že: Funkce „bezfiltrový a bezúdržbový systém“ je funkce, které zadavatel rozumí ve smyslu zvýšení životnosti a spolehlivosti mrazáku a nikoliv absenci nutnosti servisu. Jedná se o funkci, do které hodlá zadavatel investovat z důvodu potřeby co nejvyšší spolehlivosti při uchovávání hodnotných vzorků. Bohužel musíme konstatovat, že vaše domněnka je mylná a bez jakékoliv technické opory, která by byla deklarována výrobcem, firmou PHCbi-Panasonic, jelikož sám výrobce deklaruje tuto funkci ve svých originálních technických materiálech pouze jako „ bezfiltrovou konstrukci mrazniček, které pouze snižují čas běžné údržby z důvodu, že není potřebné čistit přidané prefiltry před výměníkem, které zde chybí.

Pro pravdivost našeho tvrzení přikládáme přístrojový leták pro model MDF-DU502VX od firmy PHCbi-Panasonic, kde na str. 2 je článek „Filterless Design“. **Není zde ani zmínka o tom, že by tento bezfiltrový systém měl jakýkoliv vliv na životnost a spolehlivost mrazícího boxu a také se výrobce nezmiňuje, že tento systém je absolutně bezúdržbový, jelikož sám výrobce ví, že by se takové tvrzení nezakládalo na pravdě a je jasné, že toto slovíčko si přidal do svých nabídek sám distributor firma Schoeller Instruments.**

Jelikož, jsme již při našem předchozím dotazu, který jsme posílali dne 11.9.2020 týkající se právě tohoto požadavku na bezfiltrový, bezúdržbový systém, jednoznačně prokázali, že i tento údajně bezúdržbový-bezfiltrový systém vyžaduje v určitém časovém horizontu standardní odsátí prachu nebo čištění mokrou cestou (vytření). To dokazuje, že údržba tohoto bezfiltrového systému je absolutně časově stejně



UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ: 00216208

*náročně jako propláchnutí pre-filtru pod tekoucí vodou a v běžné praxi se tvrzení o údajném bezúdržbovém systému, který je navíc jako „terminus technicus“ pouhým výplodem distributora, firmy Schoeller Instruments, neseťkává se skutečností, jelikož každý chladicí systém, který používá chladicí vzduch pro chlazení výměníku a navíc v takovém množství, jako je to u hlubokomrazících boxů, nese sebou přirozené riziko polétavého prachu, který se v přístroji usazuje. Samozřejmě záleží na prašnosti místnosti nebo chodby, kde je tento přístroj instalován. **Ale nikdy není možné zabránit usazování prachu v prostoru kudy chladicí vzduch prochází.***

Odpověď č. 1:

Zadavatel stanovil technické požadavky s ohledem na reálnou potřebu pracoviště, kterým jsou operační sály FN Plzeň, kde bude hlubokomrazící box umístěn. Zadavatel z tohoto důvodu požaduje hlubokomrazící box v té nejvyšší kvalitě a v bezfiltrovém provedení. Zadavatel si je vědom, že bezfiltrový systém není zcela bezúdržbový, ale má za to, že takovýto systém usnadní časovou a technickou náročnost údržby, která je vzhledem k umístění boxu potřebná. Z těchto důvodů je požadavek bezfiltrového provedení boxu požadavkem přiměřeným.

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 10. 2020 9:00 hod.

V Plzni dne: 25. 9. 2020

Za zadavatele
Ondřej Škrabal v. r.