

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Drobné laboratorní přístroje a vybavení II

výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **02.10.2020**
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „*zadavatel*“)

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového řízení na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1 k části 5 veřejné zakázky

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Máme dotaz k části č. 5 zakázky:

- *Je pro zadavatele akceptovatelný rozměr 185 x 290 x 390 mm, místo požadovaných 200 x 250 x 450 mm?*
- *Je pro zadavatele akceptovatelný objem sběrné nádoby 2 l, místo požadovaných 3 l?*

Odpověď na dotaz č. 1 k části 5 veřejné zakázky

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Z důvodu technických a provozních potřeb zadavatel trvá na svých požadavcích:

rozměry šxh xv: max 200 x 250 x 450 mm

objem sběrné nádoby: min 3000 ml.

Zadavatel upozorňuje, že termín podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 08.10.2020

**Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová**