

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – CORE FACILITIES – Fluorescenční mikroskop

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2020-043747**

spisová značka zadavatele: **LFHKCF0064**

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „*zadavatel*“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den.

V technické specifikaci je požadována "barevná kamera s možností černobílého snímání...". Domníváme se, že pro daný účel použití by byla vhodnější černobílá kamera, která je citlivější, poskytuje ostřejší obraz a díky chlazenému čipu redukuje šum obrazu.

Přijme Zadavatel nabídku s černobílou kamerou, která poskytuje výše uvedené výhody a splňuje požadované parametry rozlišení, velikosti senzoru a rychlosti snímání?

Děkujeme.

Odpověď

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 4 dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění.

Zadavatel nově požaduje:

Typ kamery: Monochromatická, CMOS, chlazená, možnost živého propojení se softwarem

Citlivost ISO: Min. ISO 800 (volitelné od ISO 800 do 51200 ekvivalent)

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 07.01.2021; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 07.01.2021; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 07.01.2021, je uveřejněna současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 10.02.2021, do 11:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek a způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 07.01.2021

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová