



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FaF UK – CO2 inkubátor
Název zadavatele, jednatel:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedeného dotazu jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotaz zájemce o veřejnou zakázku:

„Ve vašich technických požadavcích je parametr „Teplotní odchylka při 37°C ± 0,3°C“.

Myslel zadavatel tímto požadovaným parametrem maximální teplotní odchylku (uniformitu) v celém rozsahu CO2 inkubátoru při 37°C a nebo je požadována pouze tato teplotní odchylka měřené teploty u teplotního čidla (teplotní přesnost) CO2 inkubátoru při 37°C. Tato přesnost a teplotní uniformita jsou dva velice rozdílné parametry.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o prostorovou teplotní odchylku.

2)

Toto vysvětlení zadávací dokumentace nemění zadávací podmínky ani lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové dne 09. 04. 2021

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

