



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název zakázky:	FAF UK – Přístroj pro výrobu destilované a ultračisté vody
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona, a to na základě níže uvedených dotazů jednoho ze zájemců o VZ k příloze č. 2a) Technická specifikace zadávací dokumentace:

1)

Dotaz zájemce:

Systém na přípravu analyticky čisté vody

napsat požadovaný průtok - tedy požadovaný výkon přístroje v l/min či jiné jednotce.

Odpověď zadavatele:

Průtok analyticky čisté vody 1-2 L/min.

2)

Dotaz zájemce:

popsat- zda konzoly dodává Karlova Univerzita, nebo je to povinnost požadovaná po nás? Případně - pokud dodává FAF UK , můžeme požádat o její rozměry, výkres?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o konzole dodávané stejným dodavatelem jako dodavatel přístroje – v současnosti je přístroj na nerezovém stole, ale zadavatel plánuje jeho umístění v jiné budově, kde by mohl být umístěn i na stěně – nyní konzole nepotřebujeme, ale měla by tam být také tato možnost.

3)

Dotaz zájemce:

Systém na přípravu ultračisté vody

filtry pro GC, AAS, ICP-MS...

Odpověď zadavatele:

Specifikace všech 6 filtrů:

UF filtr pro molekulární biologii a PCR

kolonka RP C18 pro LC-MS aplikace

membránový filtr sterilní 0.22 µm PES pro GC, AAS a ICP-MS

membránový filtr nesterilní 0.22 µm PES pro GC, AAS a ICP-MS

filtr s aktivním uhlím pro GC/GC-MS

filtr pro odstranění endokrinních disruptorů

Přístroj umožní připojení všech těchto filtrů (dodávaných stejným dodavatelem), ale pro tuto veřejnou zakázku požadujeme pouze membránový filtr nesterilní 0.22 µm PES.

4)

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

5)

Vzhledem k charakteru upřesnění technických parametrů se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Hradci Králové dne 14. 5. 2021

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zpracoval: Ing. Jiří Včeliš