



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v souladu s ust. § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem

### „Laboratorní materiál a chemikálie 09-2021“

#### Zadavatel:

Název: **Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni**  
Sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň  
IČO: 00216208  
DIČ: CZ00216208  
Zastoupená: prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., děkanem fakulty, na základě plné moci ze dne 1. 2. 2018  
Kontaktní osoba: Hana Kvasničková  
tel.: +420 377 593 445  
e-mail: [hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz](mailto:hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz)

Zadavatel obdržel dne 28. 5. 2021 a 1. 6. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Níže poskytuje požadované vysvětlení všem dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému s názvem „DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“:

#### Dotaz dodavatele č. 1:

##### **Dodatečný dotaz č. 1 k části 02 položka č. 1 - váha**

*Sortiment vah je velmi široký a zadaný parametr váživost je příliš obecný. Může zadavatel upřesnit specifikaci této položky? Jakou citlivost/přesnost váhy požaduje, zda požaduje externí nebo interní kalibraci a zda má být váha úředně ověřitelná nebo ne?*

#### Odpověď zadavatele č. 1:

*Zadavatel u předmětných vah požaduje citlivost na 3 desetinná místa a interní kalibraci. Úřední ověřitelnost není třeba.*

#### Dotaz dodavatele č. 2:

##### **Dodatečný dotaz č. 2 části 02 položka č. 5 stojan.**

*Zadavatel v zadávací dokumentaci ve specifikaci položky uvádí u stojanu rozměry 135 x 560 x 270 mm. Bude zadavatelem akceptován stojan s rozměry 140 x 566 x 274 mm? Dále zadavatel uvádí, že se má vedle sebe vejít 6 stojanů do boxu, ale ve výsledné tabulce je uveden počet 5, kolik kusů stojanů tedy zadavatel požaduje?*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Odpověď zadavatele č. 2:

Ano, zadavatelem bude akceptován rozměr stojanu 140 x 566 x 274 mm. Požadovaný počet kusů stojanů je 5.

Dotaz dodavatele č. 3:

**Dodatečný dotaz č. 3 k části 07 položka č. 12 – víčka**

Ve specifikaci zadávací dokumentace u této položky uvádí zadavatel požadavek na růžovou barvu víček. Bude zadavatelem akceptována i jiná barva víček např. černá při dodržení zbylé specifikace?

Odpověď zadavatele č. 3:

Ano, zadavatelem bude akceptována i jiná barva víček za podmínky dodržení zbylé specifikace.

Dotaz dodavatele č. 4:

**V části 6, položka 3**

Dotaz k požadavku: „Vysoká stabilita během centrifugace až při 30 000 x g“

U této větší velikosti zkumavek mívá tento parametr nižší hodnotu než u klasické velikostí 1,5 ml. Bude pro potřeby zadavatele vhodná i nižší hodnota 25 000 x g?

Odpověď zadavatele č. 4:

Ano, hodnota 25 000 x g je dostačující.

Zadavatel současně doplňuje **část 02, položku č. 4**, a to následovně:

„Váha jednoduchá s LCD displejem, max. kapacita: 1 g – 1000 g, **citlivost na 3 desetinná místa, interní kalibrace, úřední ověřitelnost není třeba**“

Dále tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel opravuje administrativní chybu v **části 06, položka č. 4:**

„elektronická pipeta, jednokanálová, s nastavitelným objemem 1 µl - 50 ml, **kompatibilní s nastavci Multipette E3 Combitips advanced**“

Výše uvedená vysvětlení byla promítnuta do Přílohy č. 1 výzvy\_specifikace zboží, jejíž aktualizovaná verze je přílohou tohoto vysvětlení. Dodavatel je povinen pro podání nabídky použít tuto novou verzi Přílohy č. 1 výzvy\_specifikace zboží.

**Vzhledem k charakteru podaného vysvětlení zadávací dokumentace, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 14. 6. 2021, 9:00 hod.**

V Plzni dne: 2. 6. 2021

Za zadavatele  
Hana Kvasničková v. r.