

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

vyhotovené ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Sídlo zadavatele:	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	UK2LF – Technologické vybavení zvěřince
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka dělená na části
Název části veřejné zakázky:	Část A – Myčka chovných nádob a úpravna vody
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00004961

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

Je požadováno: „musí mít mikroprocesorové řízení, s alespoň 3 mycími programy s časy v rozmezí s dobou do 5 minut na cyklus“. Námi nabízená myčka pro chovné nádoby má 3 programy do 5 min, přičemž nejdelší z nich má dobu trvání 310 s. Dotaz zní, zda bude akceptována myčka se třemi programy v rozsahu do 310 sec.

Odpověď zadavatele:

Prodloužení jednoho ze tří mycích programů na 310 sekund považuje zadavatel za tolerovatelnou odchylku, která je přípustná v rámci přibližného limitu 5 minut.

2.2 Vysvětlení č. 2

Dotaz dodavatele:

Je požadováno: „musí mít zvednutelný kryt mycí komory; po zvednutí krytu musí být možný přístup k vnitřku myčky ze tří stran (z boků a z přední strany)“. Naše myčky umožňují přístup zepředu, s výsuvnými, respektive výklopnými dveřmi. Toto řešení je běžně používáno, domníváme se, že na plynulost provozu nemá vliv a umožňuje lépe využít mycí prostor myčky. Dotaz zní, zda bude akceptována myčka s předním přístupem do mycího prostoru.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na specifikaci zadávací dokumentace, tj. na třístranném přístupu do mycí komory, který zásadním způsobem zjednodušuje manipulaci a pracovní proces při mytí chovných klecí.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek
--

S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve výše uvedeném vysvětlení nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ neprodlužuje.