



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

vyhotovené ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1 Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Sídlo zadavatele:	V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO:	00216208

1.2 Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	UK2LF – Technologické vybavení zvěřince
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka dělená na části
Název části veřejné zakázky:	Část D – Ostatní provozní vybavení
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.cuni.cz/vz00004964

2 Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 zákona poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1 Vysvětlení č. 1

Dotaz dodavatele:

část Kompletní blok klecí pro králíky:

Jsou požadovány stojany pro králíky o rozměrech 700 x 850 x 1850 mm (š x h x v). Námi dodávané stojany jsou o plošném půdorysu 810 mm x 820 mm (š x h), s podlahovou plochou klece větší než 4200 cm². Domníváme se, že tato malá odchylka od požadavků nemá vliv na funkčnost zařízení a že i s ohledem na celkový rozsah zakázky by bylo vhodné v tomto dílčím bodě změnu připustit.

Dotaz tedy zní, zda je možné nabídnout stojany o plošném půdorysu maximálně 810 mm x 820 mm (š x h). Podlahová plocha 4200 cm² bude s rezervou splněna.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení rozměrů stojanů pro králičí klece uvedených v zadávacích podmínkách. Velikost místnosti určené pro chov králíků neumožňuje jejich zvětšení.

3 Posunutí lhůty pro podání nabídek
--

S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve výše uvedeném vysvětlení nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ neprodlužuje.