

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

LF HK – IRVVIIn – real time qPCR cyklér

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-030639**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

IČO: 00216208

se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

ID datové schránky: piyj9b4

(dále jen „**zadavatel**“)

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele, resp. v souladu s § 99 zákona zadavatel mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

v technických požadavcích na předmět plnění je uveden požadavek na rychlost ohřevu minimálně 4°C/s. Bude akceptována nabídka přístroje, u kterého výrobce udává ve specifikacích rychlost ohřevu 3,9°C/s? Dovoluji si upozornit, že rozdíl 0,1°C/s v rychlosti ohřevu je z hlediska využití přístroje a spolehlivosti získaných dat zcela zanedbatelný.

S pozdravem

Odpověď

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil požadavky na technickou specifikaci v příloze č. 3 dokumentace zadávacího řízení – Specifikaci předmětu plnění.

Zadavatel nově požaduje:

Základní parametry přístroje: Rychlost ohřevu minimálně 3,9°C/s

Zadavatel dále mění dobu plnění veřejné zakázky uvedenou v návrhu kupní smlouvy takto: *Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 20.12.2021.*

Důvodem pro změnu doby dodání je zajištění řádného průběhu projektu „Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury BBMRI-CZ“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015959, v souvislosti s ukončením fyzické realizace projektu.

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 16.09.2021; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být specifikace předmětu plnění a návrh smlouvy v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 16.09.2021; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Specifikace předmětu plnění a návrh smlouvy v aktualizovaném znění, tj. ve znění k 16.09.2021, jsou uveřejněny současně s tímto Vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace č. I.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 18.10.2021, do 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek a způsob otevírání nabídek se nemění.

V Hradci Králové dne 16.09.2021

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Mgr. Karolína Fischerová