



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:	FAF UK – Preparativní a analytická kolona pro preparativní chromatografii v reverzním uspořádání
Název zadavatele, jednající součást:	Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové PSČ 500 05
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Osoba zastupující zadavatele:	prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě níže uvedených dotazů jednoho ze zájemců o veřejnou zakázku.

1)

Dotazy zájemce o veřejnou zakázku:

Prosíme o objasnění následujících skutečností:

1. V příloze č.2a– „Technická specifikace předmětu plnění“ je uveden parametr preparativní kolony “v průměru 21,2 mm”.

Dotaz: „Může být vnitřní průměr preparativní kolony 19 mm?“

2. V příloze č.2a– „Technická specifikace předmětu plnění“ je uvedena záruka za jakost v délce 24 měsíců. Standardně poskytujeme záruku na spotřební materiál v délce 3 měsíců.

Dotaz: „Je toto pro Vás akceptovatelné?“

Odpověď zadavatele:

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel připouští šířku preparativní kolony 19 mm.

Technická specifikace předmětu plnění v příloze č. 2a zadávací dokumentace se tedy mění takto:

Analytická kolona s reverzní fází C-18 s 5µm částicemi, délka 250 mm, šířka 4,6 mm

a

Preparativní kolona kompatibilní s analytickou kolonou s reverzní fází C-18 s 5µm částicemi, délka 250 mm, šířka 19 až 22 mm.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nepřipouští kratší záruční dobu a trvá na záruční době v délce 24 měsíců.

2)

Na základě shora uvedených skutečností se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 15. 11. 2021, do 10 hodin.

3)

Ostatní zadávací podmínky se nemění.

V Hradci Králové dne 14. 10. 2021

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové