

Specifikace zboží

Název zboží	Autokláv prokládací
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-015
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.83
Popis zboží	

Objem komory	140 - 180 l
Provedení	Prokládací, parní, tlaková
Pracovní teplota	alespoň 75 - 134 °C
Vizuální a akustická signalizace stavu	Ano
Napětí:	400 V
Funkce sušení	Ano
Úprava vody	
Výkon	Min. 50 l/min.
Změkčovač	Ano
Zásobník na demivodu	Ano
Kvalita vody	Dle ČSN ISO 3696

Rozměr stavebního otvoru: 1100 x 1990 mm. Pokud bude nabízené zařízení vyžadovat drobné stavební úpravy, budou součástí dodávky přístroje.

Součástí dodávky bude začištění/zakrytování/olemování/utěsnění otvoru po montáži zařízení do stavebního otvoru včetně veškerého potřebného materiálu.

Součástí dodávky bude zdroj tlakového vzduchu pro potřeby přístroje.

CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
----------------------	--