

Specifikace zboží

Název zboží	Stolní autokláv
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-031
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Místnost 3.50
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • plně automatický provoz, mikroprocesorové řízení • objem sterilizační komory 28 litrů (horizontální provedení) • rozměry sterilizační komory min. (Ø x h): 280 x 400 mm • vnější rozměry autoklávu max. (š x v x h): 530 x 440 x 760 • pracovní tlak 0 – 325 kPa, pracovní teplota 105 – 137 °C • přednastavené programy + možnost min. 20 vlastních programů • barevný ovládací panel na přístroji s menu v češtině • akustická signalizace ukončení procesu, alarmů • USB a Ethernet port • možnost přímého stažení posledních min. 180 cyklů • 2 flexibilní čidla pro roztoky (dle IEC61010, IEC61010-2-040) • zabudovaný zásobník na demivodu • PV zabudovaná vakuová pumpa pro prevakum a sušení • drátěný a plný nerezový koš • s přístrojem musí být dodána výchozí revize tlakové nádoby, Pasport tlakové nádoby, doklady o schválení autorizovanou osobou, návod k obsluze v českém jazyce, CE známka

Záruční služby	Pravidelné kontroly, revize, zkoušky a servis dle Vyhlášky ČÚBP č. 18/1979 Sb. v záruční době zdarma
Další požadovaná plnění	s přístrojem musí být dodána výchozí revize tlakové nádoby, Pasport tlakové nádoby, doklady o schválení autorizovanou osobou, CE známka
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)