

Specifikace zboží

Název zboží	Ultrasonikátor
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-022
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Místnost 3.57
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorní ultrasonikátor • Vhodný pro laboratorní použití, snadná ruční homogenizace • Možnost ručního i závěsného použití • Automatické nastavení frekvence • Pracovní frekvence - 26kHz \pm1kHz • Nastavitelná amplituda 20 – 100% s krokem nastavení 1% • Možnost pulsování s nastavením 10 – 100% s krokem 0,1 • Barevný dotykový displej • Automatické nahrávání dat • Dva různé hroty s průměrem 5 – 15 mm • Maximální amplituda na hrotu 70 mikrometrů • Teplotní senzor • Kufřík pro snadné přenášení a uskladnění • Režimy homogenizace, dispergace (včetně nanočástic), emulzifikace, lýza a rozklad buněk, extrakce, odplyňování
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)