

## Specifikace zboží

Název zboží	Univerzální laboratorní chladnička EXE
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-003
Název zadávajícího pracoviště	Ústav histologie a embryologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 1.NP, Ústav histologie a embryologie, místnost 1.59
Popis zboží	

Způsob umístění:	Volně stojící spotřebič
Spotřeba energie za 24 hodin:	max. 1 kWh
Užitný objem:	min. 300 l
Hlučnost:	max. 50 dB
Maximální fluktuace:	Max. 3 °C
Samozavírací dveře	Ano
Rozsah teploty chladicí části	Alespoň +3 až +16 °C
Automatické odmrazování chladicí části	Ano
Digitální ukazatel teploty	Ano
Mechanický zámek	Ano
Signalizace poruchy, výpadku sítě	Ano
Konektor rozhraní	Ano
Certifikace podle definice směrnice EU 2014/34/EU (ATEX), pro ukládání výbušného a vysoce zápalného materiálu.	Ano – doloženo certifikátem nebo prohlášením.

CPV kód zboží	39711100-0 Chladničky a mrazničky 39711110-3 Kombinovaná chladicí a mrazicí zařízení
---------------	---