

Specifikace zboží

Název zboží	Redukční panely
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-055
Název zadávajícího pracoviště	Více pracovišť
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 1. NP - místnost 1.51 2.NP – místnost 2.66 a 2.70 3.NP – místnost 3.50 4.NP – místnost 4.89
Popis zboží	

Redukční panel

Účel

Redukční panel bude použit pro napojení dvou lahví s CO₂ (5 instalací) resp. dusíkem (1 instalace).

V místnosti 4.89 bude instalován panel pro dusík i pro CO₂.

Přepínání přívodu dusíku z druhé lahve umožní bezrizikovou výměnu prázdné lahve a tím i větší ochranu vzorků.

Popis a parametry

- poloautomatický zdroj CO₂/N₂ pro 1 + 1 láhve se signalizací
- poloautomatický redukční panel nástěnný se signalizací
- připojení 1 + 1 láhve, čidla, hlavní uzávěr, pojistný ventil a odfuk
- odfukové potrubí bude vedeno po povrchu a vyvedeno na fasádu – stavebně jsou připravené otvory
- výstup - připojení PU hadičky
- externí signalizace, montáž na povrch včetně propojení
- součástí dodávky sekundární redukční ventil 1 – 6 bar.
- dodávka včetně montáže a zkoušky funkčnosti