

Specifikace zboží

| | |
|-------------------------------|--|
| Název zboží | PCR box |
| Číslo/kód v rámci UniMeC II | 133-023a, 133-023b |
| Název zadávajícího pracoviště | Ústav lékařské chemie a biochemie |
| Místo plnění | Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Místnost 3.25 |
| Popis zboží | <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorní DNA/RNA UV-dekontaminační box • Rozměry pracovní plochy: 133-023a – ca. 60 x 50 cm 133-023b – ca. 120 x 50 cm • Kovový konstrukční rám, pracovní plocha nerez ocel • UV-recirkulace, ozon-free • Vnitřní osvětlení • Časovač UV-expozice: 0 - 24 hod / non-stop • Průchodka pro kabel |
| CPV kód zboží | 38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) |