



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Vysvětlení č. 1 pro část 14 veřejné zakázky

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

„LFP - U2 vybavení – přístroje a zařízení“ část 14 (sušárny a inkubátory)

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova
Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni
Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát
Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň
IČ : 71467114
Tel.: +420 377 223 663
e-mail: kolar@kolar-ak.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Dotaz č. 1 :

Akceptuje zadavatel "Sušárna 400 l" - sušárnu s objemem do 450L místo určeného rozsahu objemů 380-420L?

Odpověď č.1 :

Ano, zadavatel akceptuje objem 450 l.

Dotaz č. 2 :

máme dodatečné otázky k části 14 - sušárny a inkubátory.

Sušárna 400 l - budete akceptovat napětí 400 V?

Sušárna 160 l - budete akceptovat objem 180 l?

Sušárna 110 l - budete akceptovat rozměry komory vxšxh - 540x460x450

Odpověď č. 2:

- 1) Ano, zadavatel bude akceptovat napětí 400V.
- 2) Ano, zadavatel bude akceptovat objem 180 l.
- 3) Ano, zadavatel bude akceptovat rozměry komory vxšxh - 540x460x450 mm.

V důsledku změny zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro část 14 veřejné zakázky tak, že činí celou svou původní délku.

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 20.12.2021 do 09:00.

Zástupce zadavatele
Mgr. Vladimír Kolář
advokát