



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Vysvětlení č. 1 pro část 10 veřejné zakázky

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem

**„LFP - U2 vybavení – přístroje a zařízení“
část 10 (redukční panely)**

Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: kolar@kolar-ak.cz

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



**UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI**

Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČO: 00216208

Dotaz č. 1 :

ve specifikaci pro část 10(redukční panely) není uvedeno a specifikováno potrubí mezi redukčními panely a sekundárními redukcemi. Prosím o upřesnění míst instalace a výměr.

Odpověď č. 1 :

Pro umístění 4.89:

V místnosti budou umístěny 2 redukční ventily – vždy pro dvojici lahví CO₂ a dvojici lahví N₂. Potrubí bude vedeno od panelu po povrchu nad podhled (výška podhledu 3000 mm, výška stropu 3700 mm nad čistou podlahou), přes SDK příčku do místnosti 4.625, přes celou šířku místnosti a na severní stěně bude po povrchu svedeno do výšky cca 1000 mm nad podlahou a zakončeno sekundárním redukčním ventilem. Viz přiložený výkres.

Délka potrubí CO₂ + N₂ = 14 000 mm.

Pro ostatní umístění:

Panel bude umístěn v bezprostřední blízkosti spotřebiče (inkubátoru CO₂) – délka potrubí pro každé takové umístění bude cca 500 mm, zakončené sekundárním redukčním ventilem.

Délka potrubí CO₂ = 4 x 500 mm = 2 000 mm

Celková délka potrubí 16 000 mm.

Součástí dodávky budou i potřebné armatury.

Dotaz č. 2 :

Ize potrubí spojovat svěrným systémem?

Odpověď č. 2 :

Ano, lze použít svěrný systém.

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu k podání nabídek.

Zástupce zadavatele

Mgr. Vladimír Kolář

advokát