

Vysvětlení č. 2
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„LFP - treadmill a telemetrie“

Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

Husova 654/3

301 00 Plzeň

IČ 00216208

V souladu s čl. 6 Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadavatel tímto poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast ve veřejné zakázce, vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Bude zadavatel chtít u treadmillu, aby byla možnost pozitivního i negativního svahu?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) možnost úhlového polohování pásu v min. rozsahu od -10° do +20°. Pokud dodavatel zmíněnou možností pozitivního i negativního svahu miní funkci nad rámec požadovaného úhlového polohování pásu, pak je tato funkce možná, nikoliv však nutná.

Dotaz č. 2

K telemetrii - jaká je požadovaná maximální hmotnost transmitterů?

Odpověď č. 2

Maximální hmotnost vyjádřená ve váhových jednotkách není stanovena, hmotnost však musí být v rozumné relaci k hmotnosti pokusného zvířete.

Dotaz č. 3

Bude zadavatel požadovat dodat k systému i počítač nebo se počítá s připojením k počítači, který již má? Bylo by možné v tom případě poslat parametry stávajícího počítače?

Odpověď č. 3

Dodání počítače je možné, nikoliv však nutné. Parametry počítače, ke kterému bude poptávaný systém připojen, nejsou v současné době známy.