

Specifikace zboží

Název zboží	Sušárna vakuová
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-041
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Místnost 3.50
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none">• vakuová sušárna včetně příslušenství• objem ca. 50 l• výkon min. 1000 W• teplotní rozsah ca. 20 – 200°C• prosklená přední část dveří• včetně vývěvy a propojovacího příslušenství• zobrazení teploty a vakua
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)