

Specifikace zboží

Název zboží	Hybridizační pec
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-020
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.70
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Zařízení pro hybridizaci DNA/RNA • Počet skleněných zkumavek alespoň 8 • Nastavitelná rychlost rotace alespoň 1-15 rpm • Třepačka v rozsahu 15-60 rpm • Nastavitelná teplota alespoň 10° nad okolní teplotou až 80°C. • Teplotní stabilita <1.0°C • Nastavení teploty v rozsahu od alespoň 0.2 °C • Hmotnost do 20 kg • Napájení 230 V, 50 Hz
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)