

## Specifikace zboží

Název zboží	Analytické váhy	
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-013	
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie	
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnosti 2.68, 2.72	
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cejchuschopné analytické váhy</li> <li>• Datové rozhraní pro připojení tiskárny a napojení na PC pro archivaci a zpracování vážení</li> <li>• Přesnost vážení na 4 desetinná místa gramu</li> <li>• Váživost 220 g</li> <li>• Možnost napojení tiskárny</li> </ul>	
CPV kód zboží	38310000-1	Přesné váhy
	38311000-8	Elektronické váhy a příslušenství
	38311100-9	Elektronické analytické přístroje k vážení