

Specifikace zboží

| | |
|-------------------------------|--|
| Název zboží | Centrifuga chlazená |
| Číslo/kód v rámci UniMeC II | V-035 |
| Název zadávajícího pracoviště | Ústav lékařské chemie a biochemie |
| Místo plnění | Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, místnost 3.57 |
| Popis zboží | <ul style="list-style-type: none"> • chlazená nechlazená univerzální stolní centrifuga • pro každodenní práci v biochemické laboratoři • RPM min. do 16 000 • bezúdržbový motor • paměť pro poslední nastavení • výměnné rotory s automatickou identifikací, detekce nerovnováhy rotoru • nízko- i vysokorychlostní aplikace za použití několika typů úhlových rotorů • elektronické víko – zabraňuje otevření centrifugy při provozu a roztočení rotoru s otevřeným víkem • nastavení rychlosti/odstředivé síly, teploty a času • nastavení času od 10s do min. 48h • ukládání různých nastavení s možností následného vyvolání • možnost nastavení intenzity zrychlení a brzdění • nastavení teploty min. v rozmezí -20°C až +40°C s krokem 1°C s možností předchlazení • včetně úhlového rotoru pro 15 ml zkumavky a 50 ml zkumavky • včetně úhlového rotoru pro zkumavky 1,5/2 ml včetně rotoru pro mikrotitrační destičky a PCR stripy |

| | |
|--|--|
| Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj. | Manuál v Čj v tištěné nebo elektronické podobě |
| CPV kód zboží | <div> <div>38000000-5</div> <div>Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)</div> </div> <div> <div>42931100-2</div> <div>Laboratorní odstředivky a příslušenství</div> </div> |