

Specifikace zboží

Název zboží	Lyofilizátor
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-036
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění (uveďte název a adresu místa dodání)	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, místnost 3.57
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorní lyofilizátor s řídicím systémem a automatickou regulací vakua pro pokročilé sušení vzorků obsahujících organická rozpouštědla s nízkou teplotou tuhnutí • Teplota kondenzoru min. -110 °C • Kapacita kondenzoru min. 2 kg/24h • Objem kondenzoru ca. 4 litry • Dotykový displej • Zobrazení teploty kondenzoru a hodnoty vakua • Automatická regulace vakua • Přednastavené sušicí programy a možnost uživatelského nastavení sušení • Provoz v automatickém i poloautomatickém režimu • Komunikace přes USB • Vakuová pumpa včetně propojovacích článků (hadice, ventil, apod.) • Akrylátová sušicí komora • Vertikální rozdělovač včetně propojovacího dílu • Stojan s nerezovými miskami a stojan pro mikrodestičky • Akrylátová sušicí komora s topnými policemi • Systém řízení topných polic • Elektrické odmražení kondenzoru

Dodání technické nebo jiné dokumentace, certifikáty aj.	Manuál v Čj v tištěné nebo elektronické podobě
CPV kód zboží:	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)