

## Specifikace zboží

<b>Název zboží</b>	<b>Automatický biochemický analyzátor</b>
<b>Číslo/kód v rámci UniMeC II</b>	<b>V-043</b>
<b>Název zadávajícího pracoviště</b>	Ústav hygieny a preventivní medicíny
<b>Místo plnění</b>	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Místnost 4.69
<b>Popis zboží</b>	

Sada zařízení pro screening skládající se z:

- 1) přístroj/sada pro screening ICHDK rozšířený o analýzu pulzové vlny a oxymetr
- 2) přístroj/sada pro okamžité měření lipidogramu z kapilární krve (tzn. alespoň Total-cholesterol, HDL-cholesterol, TAG; kompletní lipidogram výhodou)
- 3) přístroj/sada pro okamžité měření glykovaného hemoglobinu, stanovení také aktuální glykemie výhodou – požadujeme multifunkční přístroj s možností screeningu nádorových markerů pomocí dalších detekčních „proužků/kazet“)
- 4) přístroj/sada pro screeningové měření EKG bez kabelů (tzn. např. jednobáňový EKG přenosný přístroj, který se pouze přiloží k hrudi).

Pro zadavatele není podstatné, zda bude dodáno jako jeden kompaktní přístroj se všemi vyjmenovanými funkcemi nebo půjde o kombinaci několika přístrojů.

**PŘÍSTROJE NA STANOVENÍ BIOCHEM.PARAMETRŮ MUSÍ PRACOVAT S KAPILÁRNÍ KRVÍ – ODBĚR Z BŘÍŠKA PRSTU** (při co nejmenší invazivitě a zátěži pacienta).

Přístroj/sada musí být dodána včetně potřebného příslušenství (držáky, napáječe, kabely, ...) a startovní sady pro provádění odběrů z bříška prstu (kapilární krev) a včetně balení proužků/kazet (počáteční množství proužků/kazet alespoň á 25 ks od jednoho biochem.parametru/markru) pro ověření funkčnosti.

Včetně SW s neomezenou časovou licencí.

<b>CPV kód zboží</b>	38000000-5    Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) 38434000-6    Analyzátory
----------------------	---