

Specifikace zboží

Název zboží	Autokláv
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-007
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, místnost 2.72
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none">• Objem 65 litrů• Rozměry kotliny 380 x 500 mm• Pracovní tlak až 325 kPa• Pracovní teplota 100 - 130 st. C• Programovatelný• Akustická signalizace• Automatické zamykání dveří• 2 flexibilní čidla pro roztoky
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)