

Specifikace zboží

Název zboží	Termomixer
Číslo/kód v rámci UniMeC II	FIND
Název zadávajícího pracoviště	Proteomická laboratoř, Biomedicínské centrum
Místo plnění	Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň
Popis zboží	<p>Přístroj pro ohřev, chlazení a míchání vzorků ve zkumavkách nebo mikrotitračních destičkách umístěných do výměnných bloků. Požadavky na přístroj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - přístroj zajistí míchání, ohřívání a chlazení v jednom přístroji. - výměnné bloky pro zkumavky 24 x 0,5 ml – 1 kus - výměnné bloky pro zkumavky 24 x 1,5 ml – 1 kus - výměnné bloky pro zkumavky 24 x 2,0 ml – 1 kus - výměna bloků „na klik“ bez použití nástroje - vyhřívané víko pro manipulace se vzorky bez vzniku kondenzace - frekvence míchání nastavitelná min. 300 – 3 000 ot/min - nastavení teploty min. 1 °C / 100 °C - poloměr míchání a víření - 1.5 mm - přesnost teploty Max. ±0,5 °C při 20 – 45 °C - časovač 5 s až 99:30 h, nepřetržitý - rychlost chlazení: max. 2,5 °C/min mezi 100 °C a laboratorní teplotou - možnost doplnit o výměnné bloky na mikrotitrační destičky a bloky na 5 ml zkumavky a na 50 ml zkumavky
Další požadavky	<ul style="list-style-type: none"> • Uživatelská příručka v českém nebo anglickém jazyce v el. podobě • Dodání přístroje včetně CE certifikátu
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)