

## Specifikace zboží

Název zboží	Sušárna horkovzdušná (2ks)
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-024
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, místnost 3.57
Popis zboží	

Laboratorní sušárna s nucenou ventilací

- teplotní rozsah: + 10 °C do max. 250 °C, s možností nastavení rychlosti ohřevu
- nastavení teploty po 0,1 °C v rozsahu do +99,9 °C, po 0,5 °C od +100 °C do maxima
- Hlučnost při plném zatížení méně než 50 dB
- min 5 polic, o ploše min. 380x540mm
- možnost přikoupit náhradní police
- časovač 1 min až ≥ 14 dní
- vícenásobná ochrana proti výkyvům teploty s optickým i akustickým alarmem
- možnost manuálního i digitálního (USB) ovládání
- zobrazení nastavených a pracovních parametrů na displeji
- možnost nastavení různých provozních režimů: odložené zapnutí přístroje; nastavení celkové doby provozu; atd.
- zdroj napájení: 230V
- vnitřní nerezové provedení

CPV kód zboží	38000000-5    Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
---------------	--