

Specifikace zboží

Název zboží	Termostat
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-010
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnosti 2.50, 2.67, 2.73
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none">• Objem min. 180l• Teplotní rozsah 0 - 60 st. C• Nucená vnitřní cirkulace• Optický i akustický alarm režim• Možnost programování teplotních změn• Prosklené dveře• Vnitřní prostor z nerez oceli• Osvětlení vnitřního prostoru

CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
---------------	---