

Specifikace zboží

Název zboží	Systém na přípravu ultračisté vody
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-028
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, místnost 3.51
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Automatický systém pro přípravu ultračisté vody pro citlivé aplikace • Upravená voda splňuje mezinárodní standard ASTM 1 • Nepřetržité monitorování kvality připravené vody • Měření vodivosti (max. 0.055 $\mu\text{S}/\text{cm}$) a odporu (min. 18.2 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$) • Čidlo s autokalibrací a sonda teploty pro teplotní kompenzaci • UV lampa, ultračisticí kazeta a sterilní výstupní filtr • Monitorování obsahu organických látek ($\text{TOC} \leq 5\text{ppb}$)
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)