

Specifikace zboží

Název zboží	Centrifuga stolní
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-011
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnosti 2.67, 2.70, 2.71
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Minimální RPM 8 000 otáček/min • Rotor pro minimálně 8x 15 ml • Rotor pro minimálně 16x 1,5 ml (kompatibilita se zkumavkami typu Eppendorf) • Displej pro snadné nastavení a přepočet RPM/RCF • Paměť posledního nastavení • Hmotnost do 15 kg
CPV kód zboží	<div>38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)</div> <div>42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství</div>