

Specifikace zboží

Název zboží	CO ₂ inkubátor
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-015
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnosti 2.66, 2.70
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Inkubátor s atmosférou CO₂ • Vnitřní opláštění slitina nerez • celoplošný ohřev pro zajištění homogenního vnitřního prostředí • teplota: rozsah minimálně +5 °C nad T okolí až 60°C, regulace ±0,1°C, homogenita ±0,4°C nastavitelný alarm • CO₂: rozsah 0-20%, regulace ±0,1%, nastavitelný alarm • relativní vlhkost: až do 95 % při 37°C • Police: nerez perforovaný plech, 4 ks • vnitřní skleněné dveře s ohřevem (vyloučení kondenzace par) • HEPA filtrace na přívodu atmosféry • vnitřní objem alespoň 35 litrů • hmotnost do 50 kg • Napájení: 230V/50Hz
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)