

Specifikace zboží

Název zboží	Spektrofotometr II
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-016
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.71
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> • Dvoupaprskový spektrofotometr • Rozmezí vlnových délek alespoň 200 - 1000 nm • Spektrální band 1,5 nm • Přesnost: ± 0.3 nm. • Rozsah: Absorbance: -3 to +3 %T: 0% to 300% T • Stabilita 0.0003 Abs / hodinu. (500 nm. za 2 hodiny) • Zdroj světla: Tungsten-Halogen a Deuteriová lampa • Možnost kinetického měření
CPV kód zboží	38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)