

Specifikace zboží

Název zboží	Centrifuga
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-038
Název zadávajícího pracoviště	Ústav lékařské chemie a biochemie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 3.NP, Ústav lékařské chemie a biochemie, Místnosti 2x 3.23, 1x 3.22, 1x 3.20
Popis zboží	

- nechlazená univerzální stolní centrifuga
- pro každodenní práci v biochemické laboratoři
- RPM min. 10 000
- bezúdržbový motor
- paměť pro poslední nastavení
- výměnné rotory s automatickou identifikací, detekce nerovnováhy rotoru
- nízko- i vysokorychlostní aplikace za použití několika typů úhlových rotorů
- elektronické víko – zabraňuje otevření centrifugy při provozu a roztočení rotoru s otevřeným víkem
- nastavení rychlosti/odstředivé síly a času
- možnost nastavení intenzity zrychlení a brzdění
- včetně rotoru pro min. 8 skleněných centrifugačních zkumavek o objemu ca. 10-15 ml
- včetně rotoru pro zkumavky 1,5/2 ml

CPV kód zboží	38000000-5	Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
	42931100-2	Laboratorní odstředivky a příslušenství