

## Specifikace zboží

Název zboží	Promývačka ELISA
Číslo/kód v rámci UniMeC II	V-021
Název zadávajícího pracoviště	Ústav mikrobiologie
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 2.NP, Ústav mikrobiologie, Místnost 2.71
Popis zboží	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osmikanálová promývací hlava</li> <li>• Počet kapalin 2 - 4</li> <li>• Reprodukovatelnost plnění 96 jamek &lt; 3,5 %</li> <li>• Objemová odchylka mezi kanály &gt; 3,5 %</li> <li>• Zbytkový objem pro jamky s plochým dnem je &lt; než 2 mikrolitry</li> </ul>

SW, je-li nutný k provozu zboží, příp. požadavky na jeho aktualizaci, licence (trvalé, plovoucí) apod.	SW součástí přístroje
CPV kód zboží	38000000-5    Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)